



ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / *Accredited conformity assessment body*

ИНСТИТУТ ВАТРОГАС ДОО Нови Сад
Лабораторија за еталонирање
Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66

Стандард / *Standard:*

SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / *Short description of the scope*

- уређаји са ваљцима за мерење брзине мопеда / *devices with rollers for measuring the speed of mopeds;*
- уређаји за мерење силе на педали кочнице (динамометар) / *devices for measuring force on the brake pedal (dynamometer)*

Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope

Могућност еталонирања и мерења (СМС)

Место еталонирања: на терену*			
Област еталонирања: фреквенција			
Област еталонирања/ предмет еталонирања/ карактеристика или параметар	Опсег	Мерна несигурност ¹⁾	Метода еталонирања (референтни документ)
Е-19 Време и фреквенција - фреквенција			
Уређаји са ваљцима за мерење брзине мопеда*			
	50 Hz до 500 Hz (10 km/h до 70 km/h)	0,2 Hz (0,03 km/h)	Метода директног поређења генерисане брзине задате генератором сигнала (референтним еталоном)
Е-09 Сила			
Уређаји за мерење силе на педали кочнице (динамометар)*			
	100 N до 1000 N	0,20 %	SRPS EN ISO 7500-1:2018

¹⁾Мерна несигурност је изражена као проширена мерна несигурност за фактор обухвата $k=2$ и вероватноћу покривања приближно 95%

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број / **02-088**
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No

Акредитација важи до / 21.04.2028.
Accreditation expiry date

ДИРЕКТОР

мр Драган Пушара